

Sección II: Lista de requerimientos

Especificaciones técnicas para los bienes y tabla comparativa de datos:

LOTE 1 - Alcohol gel y Alcohol al 70%			
Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas mínimas requerida	Unidad de medida
1.1	Alcohol Gel	1.1.1. Composición alcohol etílico de mínimo 70%. 1.1.2 Gel humectante antibacterial de amplio espectro. 1.1.3 Presentación de frasco con dosificador a presión. 1.1.4 Fecha de expiración igual o mayor a 12 meses a partir de la fecha de recepción. 1.1.5 Presentar Registro Sanitario Vigente del producto 1.1.6 Ficha Técnica y hoja de seguridad del producto ofertado	Litro
1.2	Alcohol al 70%	1.2.1 Atomizador (spray) de plástico durable para reutilización, con tapa a rosca. Contenedor de plástico transparente rígido. 1.2.2 Capacidad de 250 ml 1.2.3 Debe contener 250 ml de alcohol etílico de composición mínima 70%. 1.2.4 Presentar Registro Sanitario Vigente del producto 1.2.5 Ficha Técnica y hoja de seguridad del producto ofertado	unidad

LOTE 2 -Mascarillas Quirúrgicas Descartable			
Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas mínimas requerida	Unidad de medida
2.1	Mascarillas Quirúrgicas Descartable	2.1.1 Triple capa con pliegues , alta resistencia a los fluidos, buena transpirabilidad, con tiras elásticas para sujeción en las orejas 2.1.2 De grado médico 2.1.2 Caras internas y externas deben estar claramente identificadas 2.1.3 Registro Sanitario Vigente, Emitido por la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de Nicaragua o Certificado FDA o EN 14126:2003 o certificación equivalente. 2.1.5 Presentar la Certificación ISO 9001 o 13485 vigente del fabricante. 2.1.6 Catálogo del producto ofertado, indicar el numero de catalogo en la oferta	caja de 50 unidades

LOTE 3 -Mascarilla N95			
Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas mínimas requerida	Unidad de medida
3.1	Mascarilla N95	3.1.1 Respirador N95 o KN95 según us niosh, o “ffp2” según en 149 n95. con tiras elásticas para sujeción en las orejas.	unidad

		<p>3.1.2 Buena transpirabilidad con diseño que no colapsa contra la boca (por ejemplo, pato, en forma de copa)</p> <p>3.1.3 Registro Sanitario Vigente, Emitido por la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de Nicaragua o Certificado FDA o EN 14126:2003 o certificación equivalente.</p> <p>3.1.4 Presentar la Certificación ISO 9001 o 13485 vigente del fabricante.</p> <p>Adicionalmente deberá cumplir con la Norma (NIOSH-42CFR84) o certificación equivalente, debiendo presentar el Certificado o documento que demuestre el cumplimiento.</p> <p>3.1.5 Catálogo del producto ofertado, indicar el numero de catalogo en la oferta</p>	
--	--	---	--

LOTE 4 - Careta facial			
Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas mínimas requerida	Unidad de medida
4.1	Careta facial	<p>4.1.1 Hecho de plástico Policarbonato transparente y proporciona una buena visibilidad para el usuario</p> <p>4.1.2 Banda ajustable para sujetar firmemente alrededor de la cabeza y ajustarse cómodamente con espuma contra la frente</p> <p>4.1.3 Antiempañante (preferible), que cubra completamente los lados y la longitud de la cara</p> <p>4.1.4 Puede ser reutilizable (hecho de material robusto que se pueda limpiar y desinfectar)</p> <p>4.1.5 Registro Sanitario Vigente, Emitido por la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de Nicaragua o Certificado FDA o EN 14126:2003 o certificación equivalente.</p> <p>4.1.6 Catálogo del producto ofertado, indicar el numero de catalogo en la oferta</p>	unidad

LOTE 5 - Guantes de exploración descartable ambidiestro esteril			
Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas mínimas requerida	Unidad de medida
5.1	Guante para exploración descartable ambidiestro esteril - letra L (Large)	<p>5.1.1 Guante para exploración descartable ambidiestro esteril</p> <p>5.1.2 látex 100%,</p> <p>5.1.3 Ajustable a la mano , a la articulación, con borde enrollado de 1cm de ancho máximo,</p> <p>5.1.4 Esteriles, empaque individual de cada par.</p> <p>5.1.5 Registro Sanitario Vigente, Emitido por la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de Nicaragua, o Certificado FDA o EN 14126:2003 o certificación equivalente.</p> <p>5.1.6 Presentar la Certificación ISO 13485 vigente del fabricante.</p> <p>5.1.7 Catálogo del producto ofertado, indicar el numero de catalogo en la oferta</p>	Caja de 50 pares
5.2	Guante para exploración descartable ambidiestro	<p>5.2.1 Guante para exploración descartable ambidiestro esteril</p> <p>5.2.2 látex 100%,</p>	Caja de 50 pares

	estéril - letra M (Medium)	5.2.3 Ajustable a la mano , a la articulación, con borde enrollado de 1cm de ancho máximo, 5.2.4 Estériles, empaque individual de cada par. 5.2.5 Registro Sanitario Vigente, Emitido por la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de Nicaragua, o Certificado FDA o EN 14126:2003 o certificación equivalente. 5.2.6 Presentar la Certificación ISO 13485 vigente del fabricante. 5.2.7 Catálogo del producto ofertado, indicar el numero de catalogo en la oferta	
--	----------------------------	---	--

LOTE 6 - Amonio cuaternario			
Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas mínimas requerida	Unidad de medida
6.1	Amonio cuaternario	6.1.1 mínimo 2.5% de concentración 6.1.2 Presentar Registro Sanitario Vigente del producto 6.1.3 Ficha Técnica y hoja de seguridad del producto ofertado	Litro

LOTE 7 - Oxímetro de pulso			
Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones técnicas mínimas requerida	UNIDAD DE MEDIDA
7.1	Oxímetro de pulso	7.1.1 Oxímetro de Pulso de dedo 7.1.2 Con batería para comprobar la frecuencia del pulso y los niveles de saturación de oxígeno arterial. 7.1.3 Preferiblemente con un solo botón permite una fácil operación autoencendido y apagado. 7.1.4 Portátil, fácil de manejar y transportar, adecuado para el uso diario, medir su salud en cualquier momento. 7.1.5 Pantalla con valor de visualización de SPO2 y pantalla con visualización numérica y gráfica. 7.1.6 Pantalla con indicador de batería. SPO2 Rango de Medición de al menos 70 a 100%. 7.1.7 Certificado ISO 13485 del fabricante 7.1.8 Certificado de conformidad CE directiva 93/42/EC regulación EU 2017/745 medical devices (emitido por un ente certificador) o Certificado FDA o Registro Sanitario Vigente, Emitido por el Ministerio de Salud de Nicaragua 7.1.9 Catálogo del producto ofertado, indicar el numero de catalogo en la oferta	unidad

LOTE 8 - Termómetro Digital LCD Display			
Ítem	DESCRIPCIÓN	Especificaciones técnicas mínimas requerida	UNIDAD DE MEDIDA
8.1	Termómetro Digital LCD Display	8.1.1 Sensor de infrarrojos para medición temperatura corporal 8.1.2 Dos modos de temperatura: Celsius °C y Fahrenheit °F 8.1.3 Medición de temperatura rápida sin contacto con una tecla 8.1.4 Pantalla LCD: luz de fondo de alto brillo, pantalla numérica	unidad

		<p>clara.</p> <p>8.1.5 Rango de medición entre al menos 32 y 42°C.</p> <p>8.1.6 Agarre cómodo con diseño ergonómico.</p> <p>8.1.7 Certificado ISO 13485 del fabricante</p> <p>8.1.8 Certificado FDA o CE o Registro Sanitario Vigente, Emitido por el Ministerio de Salud de Nicaragua</p> <p>8.1.9 Catálogo del producto ofertado, indicar el numero de catalogo en la oferta</p>	
--	--	--	--

Requerimientos de entrega y tabla comparativa de datos:

Requerimientos de UNOPS	
Solicitud de los bienes	La(s) empresa(s) adjudicada(s) deberá(n) asignar a una persona encargada de administrar la cuenta de UNOPS, que responderá ante cualquier pedido, con la prioridad del caso.
	No existe una obligación legal, para que UNOPS solicite una cantidad mínima o máxima al proveedor durante la vigencia de este acuerdo de BPA.
Plazo de entrega	El licitante deberá entregar los bienes solicitados dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles después de recibida la orden de compra.
Lugar de entrega	Casa de las Naciones Unidas. Paseo Naciones Unidas, Rotonda Güegüense 100 mts. al sur. Managua, Nicaragua. Unidad de Administración de UNOPS
Plazo de Ejecución	Los bienes podrán ser requeridos por UNOPS a lo largo de 12 meses calendario, contabilizados a partir del día hábil siguiente a la firma del contrato.

Estimación de Consumo anual:

Ítem	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ANUAL ESTIMADA	UNIDAD
	LOTE 1. ALCOHOL GEL Y ALCOHOL AL 70%		
1	Atomizador pequeño 10 onzas / 250ml con alcohol, mínima al 70%	1220	Unidad
2	Alcohol gel	241	Litros
	LOTE 2. MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES		
3	Mascarillas quirurgicas / Caja 50 unidades	610	Caja

	LOTE 3. MASCARILLA N95		
4	Mascarillas N95	2130	Unidad
	LOTE 4. CARETA FACIAL		
5	Careta facial	208	Unidad
	LOTE 5. GANTES DE EXPLORACIÓN DESCARTABLE AMBIDIESTRO ESTERIL		
6	Guante para exploración descartable ambidiestro estéril - letra L (Large) / Caja 50 unidades	30	Caja
7	Guante para exploración descartable ambidiestro estéril - letra M (Medium) / Caja 50 unidades	30	Caja
	LOTE 6. AMONIO CUATERNARIO		
8	Amonio cuaternario mínimo 2.5%	48	Unidad
	LOTE 7. OXIMETRO DE PULSO		
9	Oxímetro de pulso	24	Unidad
	LOTE 8. TERMOMETRO DIGITAL		
10	Termómetro Digital LCD Display	24	Unidad

NOTA: CONFORME LO ESTIPULADO EN CLÁUSULA DE MODELO DE ACUERDO DE OFERTA ABIERTA (BPA), UNOPS NO TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ADQUIRIR CANTIDADES MÍNIMAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. ES DECIR LAS CANTIDADES MOSTRADAS SUPRA NO SON UN COMPROMISO DE PARTE DE UNOPS A ADQUIRIRLAS.